



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26-03-2025
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1631

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00
Πληροφορίες: ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΛ.: 26953-60606
E-mail: pilarinouk.gnz@gmail.com

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", **καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού**
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1., **καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού**
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ ...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ **καθώς και**
- Την υπ. αριθμ. 2^η/21-01-2025 (ΑΔΑ: **ΡΕΧΓ4690ΒΞ-5ΑΖ**) θέμα 1^ο, απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του ΠΠΥΥ έτους 2025.
- Τα υπ' αριθμ.7189/11-12-2024 & 989/19-02-2025(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) προμήθεια ΓΑΖΑΣ, 768/10-02-2025 προμήθεια ΓΥΨΟΥ-ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ, 774/10-02-25 προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ αιτήματα της Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού - Αντιδραστηρίων
- Έκθεση ανάληψης δαπάνης: **0/418, 370/0, ΑΔΑ: ΨΦΑΔ4690ΒΞ-6Τ5, Ποσού: 1.000,00 €** (για το 2025)
- Τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας, όπως προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια :

- 1.) «ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης **11.569,39 € προ ΦΠΑ ή 13.073,41 €** συμπ. ΦΠΑ 13% Πιθανή ποσότητα 332.494 τεμ. + Μέτρα}
 - 2.) «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης» (CPV 18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας) (ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης **9.316,42 € προ ΦΠΑ ή 11.552,36 €** συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα ...142.000 τεμ. }
 - 3.) «ΝΑΡΘΗΚΕΣ & ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» (33141760-5 & 33141110-4)(ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης **9.038,38 € προ ΦΠΑ ή 10.213,37 €** συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανή ποσότητα 31.313 τεμ. }
- Συνολική πιθανή προϋπ. δαπάνη **29.924,19 € προ ΦΠΑ ή 34.839,14 €** συμπ. ΦΠΑ 13% & 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολ του Γ.Ν.Ζ. (ΚΑΕ 1311) έτους 2025 & 2026.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την **ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2025** και ώρα **13:00** και **ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων** {Άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016, Άρθρο 41 «Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία...» του ν. 4782/2021} «Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής».

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και θα σταλεί με e-mail στα Επιμελητήρια.

Έγγραφα της διαδικασίας είναι η παρούσα πρόσκληση καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

Στην περίπτωση που προκύψουν τυχόν **διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις**, θα δημοσιεύονται στους ίδιους δικτυακούς τόπους και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.

Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της πρόσκλησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην διαδικασία κατάθεσης προσφορών, έχουν οι οικονομικοί φορείς (άρθρο 1, παρ. 11, του ν. 4782/2021, « ως 'οικονομικός φορέας' νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων » που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς, γενικούς όρους & προδιαγραφές της παρούσης, οι οποίοι είναι απαράβατοι και **η μη συμμόρφωσή τους**, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

-- Γίνονται δεκτές προσφορές για το **σύνολο ή μέρος** των ζητούμενων ειδών, **αλλά για το σύνολο** της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους.

---Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες **θα προσαρμόζονται κάθε φορά** ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Άρθρο 1... ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (για διενέργεια και συμμετοχή) συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε **ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ** στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά **μια ώρα πριν** της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Αν υπάρχουν διορθώσεις, η επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Α) Τα στοιχεία του αποστολέα

Β) Ο τίτλος της Υπηρεσίας μας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην αριθμ. πρωτ. **1631/26-03-2025** «Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια **«1.ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 2.ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης & 3.ΝΑΡΘΗΚΕΣ - ΕΠΙΛΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ»**

Γ) Η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: την **ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2025** και ώρα **13:00**

Δ) **«Να μην ανοιχθεί ο φάκελος** από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Κατά την διάρκεια της αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική - οικονομική προσφορά) μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Η ανωτέρω αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

Η εξέταση των φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Άρθρο 2...ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών και ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει :

- 1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
- 2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- 3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021.
- 4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- 5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.

Καθώς και:

- α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας.
- β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την **απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων** της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
- γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους οποίους έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
- ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
- ζ) Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση της διαδικασίας.
- η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και
- θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, θα το καταθέσει εντός τριών (3) ημερών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) Έντυπο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ηλεκτρονική μορφή CD- **σε επεξεργάσιμη μορφή**) όπου περιγράφονται τα προσφερόμενα και οι τυχόν αποκλίσεις των προδιαγραφών των προσφερομένων, από αυτές που θέτουν οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ		ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ					
α/α Πρόσκλησης	Περιγραφή	Περιγραφή	Κωδικός + Εμπορική ονομασία	χώρα παραγωγής+ επιχειρηματική μονάδα και τόπος εγκατάστασής της	κωδ. ΕΚΑΠΤΥ	Κωδ. Παρατηρ. Τιμών	Συσκευασία προσφερόμ. είδους
....
....
....

Η τεχνική προσφορά να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή, του Νόμιμου Εκπροσώπου, και σφραγίδα εταιρείας.

β) Υλικό τεκμηρίωσης, από το οποίο θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων των ζητούμενων υλικών {δηλώσεις, πιστοποιητικά καταλληλότητας **CE MARK, ISO κατασκευαστή**, διάφορες πληροφορίες, κ.λ.π.}

(Τα ξενόγλωσσα έγγραφα να είναι επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

==Στην αρχή της τεχνικής προσφοράς, θα καταγράφονται τα περιεχόμενα αυτής==.

Σημείωση: Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ηλεκτρονική μορφή CD, **σε επεξεργάσιμη μορφή**) και πρέπει να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας.

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε € ολογράφως και αριθμητικώς, ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση των υλικών με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ					ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/τεμ. προ ΦΠΑ					
α/α	Περιγραφή + Κωδικός + Εμπορική ονομασία	χώρα παραγωγής+ επιχειρηματική μονάδα και τύπος εγκατάστασής	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ	Συσκευασία	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ συμπ. ΦΠΑ
....%
....%
....%

Οι προσφερόμενες τιμές δεν υπόκεινται σε **μεταβολή** κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν ΝΕΑ οικονομική προσφορά.

Οι τιμές που θα δοθούν θα **περιλαμβάνουν** τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

Η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον:

- δεν προκύπτει **με σαφήνεια** η προσφερόμενη τιμή
- δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ **με ξένο νόμισμα**
- θέτει όρο **αναπροσαρμογής της τιμής** που δεν συμφωνεί (Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, Άρθρο 7 του ν.4965/02.09.2022
- θέτει όρο **αντιπροσφοράς**.

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη, η προσφερόμενη τιμή **ανά μονάδα μέτρησης, προ ΦΠΑ**

Η αναγραφή της τιμής σε €, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα **δεκαδικά ψηφία**, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 3^ο δεκαδικό ψηφίο είναι = ή > του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι < του πέντε.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει **έκπτωση**, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Οικονομικούς Πίνακες θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την **τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών**, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Σημειώνεται ότι: Οι προσφερόμενες τιμές θα **παραμένουν σταθερές** και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί.

Άρθρο 3... ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 97, του ν. 4412/2016) (άρθρο 39, του Ν.4782/2021)

Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια **{150} ημερών** από την επομένη ημέρα του ανοίγματος των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (**χαμηλότερη τιμή**) εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της πρόσκλησης που επισυνάπτονται. Στην περίπτωση **ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**, ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση (Άρθρο 90, Ν. 4412/2016)

Άρθρο 5...ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την **κατακύρωση** της σύμβασης για το **(80%)** μέχρι και το **(120%)** της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης (*άρθρο 45, Ν. 4782/2021*).

Το Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη εισήγησή της Επιτροπής (*βάση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46, Ν. 4782/2021*) διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει την **οριστική ή την εν μέρει ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή** της διαδικασίας.

Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του.

Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού, κοινοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Άρθρο 6... ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ισχύει το άρθρο 55 του ν. 4782/2021.

Άρθρο 7... ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο προσωρινός ανάδοχος - προμηθευτής υποχρεούται **εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών** από την παραλαβή της ανακοίνωσης αξιολόγησης, να προσκομίσει:

A... ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, σε ισχύ :

α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου- προμηθευτή, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος- προμηθευτής, έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016)

γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα:

73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και

74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021

Εφόσον τα δικαιολογητικά παρουσιάζουν ελλείψεις ή δεν προσκομισθούν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο – προμηθευτή, για διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, εντός **δέκα (10) ημερών**.

Σημείωση: Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. (Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).

Σε αυτή την περίπτωση ο συμμετέχων πρέπει να αναγράψει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ποια έγγραφα είναι ήδη κατατεθειμένα στο Νοσοκομείο, σε ποιόν διαγωνισμό και ότι αυτά βρίσκονται σε ισχύ.

Εφόσον τα δικαιολογητικά κριθούν σωστά, αποστέλλεται στον ανάδοχο – προμηθευτή το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς υπογραφή.

Άρθρο 8... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προμηθευτής εντός **πέντε (5) εργασίμων ημερών** από την παραλαβή του σχεδίου της σύμβασης, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατίθεται **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** ύψους **4%** επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος **(15) μηνών** [τρεις (3) τουλάχιστον επιπλέον μήνες από το

χρόνο λήξης της σύμβασης] {άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4782/2021}.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του προμηθευτή, **εφ' όσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση του προϊόντος** ή εφ' όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη- προμηθευτή, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017)

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρο 202 του ν. 4412/2016)

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. **1.** Η Σύμβαση. **2.** Η πρόσκληση. **3.** Η Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή. **4.** Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, οι όροι της πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Ζακύνθου

Άρθρο 9 ... ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή **τιμηματικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών**, ύστερα από την έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί ενώπιον Επιτροπής παραλαβής η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/ση του Νοσοκομείου.

Χρόνος παράδοσης υλικών άρθρο 206 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4782/2021

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση

Παραλαβή υλικών άρθρο 208 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν. 4782/2021

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση άρθρο 213 του ν. 4412/2016.

Για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης ή μικρότερης των 30.000 ευρώ, η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται (τα υλικά ή οι υπηρεσίες) ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης, χωρίς να απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (άρθρα 105 και 107 του ν. 4782/2021)

Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Εξουσιοδοτική διάταξη άρθρο 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
 (άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).

Άρθρο 10... ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της αξίας των παραδοθέντων υλικών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή.

Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παραγρ. 4, του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021), είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί παραλαβής υλικών.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ) Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»**

Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάκι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2385/τ.Β/12.04.2023 οι οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης(Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016): 1015.E00206.0001

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους **0,1%** υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α'59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

β) **2%** υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (**4%** για προμήθεια υλικών) επί του καθαρού ποσού.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 11... ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ (Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού)

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ν.4965/02.09.2022 (Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών - Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016 παρ. 9 του ν. 4412/2016) καθώς και των σχετικών εγκυκλίων περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών».

Άρθρο 12... ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1	Ζητούμενα έργο, Προδιαγραφές / Γενικοί-Ειδικοί όροι
--------------------	--

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια
1.) «ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (ΚΑΕ 1311)

M.M.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή δαπάνη προ ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ 13%	Πιθανή δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ
Τεμάχια	267.494	6.126,39 €	796,43 €	6.922,82 €
Μέτρα	65.000	5.443,00 €	707,59 €	6.150,59 €
Σύνολα:	332.494	11.569,39 €	1.504,02 €	13.073,41 €

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

{Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην **τεχνική** και στην **οικονομική** προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα ζητούμενων ειδών}.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ 13%
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟ 10 εκ. Χ10 μέτρα (ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ)	τεμ.	50	4,68 €
2	Γάζα απλή υδρόφιλη απορροφητική 10 εκ. χ 10 εκ. (8 ply)	τεμ.	140.000	1.328,88 €
3	Γάζα απλή υδρόφιλη απορροφητική 10 εκ. χ 20 εκ. (8 ply)	τεμ.	100.000	1.649,80 €
4	Αυτοκόλλητη γάζα αποστειρωμένη 10εκ. χ 10εκ.	τεμ.	10.000	385,33 €
5	Αυτοκόλλητη γάζα αποστειρωμένη 10εκ. χ 20εκ.	τεμ.	10.000	674,61 €
6	Αυτοκόλλητη γάζα αποστειρωμένη 10εκ. χ 30εκ.	τεμ.	3.000	296,96 €
7	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ. Να παρέχει γρήγορη αιμόσταση. Να έχει πιστοποίηση CE . Σε ατομική συσκευασία. Διαστ. 5 cm X 7,5cm 55.1.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -> ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -> ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 55.1.1.1 ..."ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΥΔΡΟ-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ. (ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ)	τεμ.	48	488,16 €
8	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΑΚΤ/ΣΤΑΤΙΚΗ Διαστ.10 cm χ 20cm 4.5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -> ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 4.5.150 ... ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΒΑΚΤ/ΣΤΑΤΙΚΗ 10χ20cm	τεμ.	96	1.453,63 €
9	Γάζα λαπαροτομίας (μίκουλις) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ , μη αποστειρωμένη, 40εκ. χ 40εκ. (8ply)	τεμ.	3.000	606,47 €
10	Τολύπια Γάζας ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ , 40εκ. x 40εκ Η 47εκ. x 40εκ.	τεμ.	100	6,37€
11	Τολύπια Γάζας ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ , 20cm x 20cm	τεμ.	200	10,17
12	Τολύπια Γάζας ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ , 8cm x 8cm	τεμ.	1.000	17,76 €
ΣΥΝΟΛΟ:			267.494	6.922,82 €

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ 13%
13	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ --- ΤΟΠΙ 90εκ. * 100μέτρα	μέτρο	60.000	5.620,62 €
14	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ --- ΤΟΠΙ 90εκ. * 100μέτρα	μέτρο	5.000	529,97 €
ΣΥΝΟΛΟ:			65.000	6.150,59 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ζητούμενα είδη που δεν υπάρχει **περιγραφή – προδιαγραφές**, η αξιολόγηση των προσφερομένων θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν, από την περιγραφή της ονοματολογίας τους.

2.) «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης» (CPV 18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας) (ΚΑΕ 1311), Πιθανής προϋπ. δαπάνης **9.316,42 € προ ΦΠΑ ή 11.552,36 €** συμπ. ΦΠΑ 24% {Πιθανή ποσότητα ...142.000 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

{Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην **τεχνική** και στην **οικονομική** προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα ζητούμενων ειδών}.

α/α	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή Δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ 24%
15	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΚΟΥΦΙΑ)	Τεμ.	10.000	107,88 €
16	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (LARGE-MEDIUM)	Τεμ.	1.000	767,56 €
17	ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Τεμ.	5.000	115,32 €
18	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	Τεμ.	2.000	1.532,64 €
19	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	Τεμ.	15.000	3.582,36 €
20	ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΑΧΝΟΪΦΑΝΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, μη αποστειρωμένες, επισκεπτών Μ.Ε.Θ. και ασθενών, από υλικό non-woven, χρώματος πράσινου, με μακριά μανίκια με λάστιχο στο τελείωμα και ζώνη δεσίματος, ανθεκτικές, άριστης ποιότητας)	Τεμ.	5.000	868,00 €
21	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	Τεμ.	15.000	159,96 €
22	ΜΕΜΒΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. 45X60 ΕΚ	Τεμ.	200	385,37 €
23	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150X240ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	Τεμ.	900	948,49 €
24	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150X240 ΕΚ (ΜΕ ΟΠΗ)	Τεμ.	200	632,40 €
25	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ. 50X60 ΕΚ (ΜΕ ΟΠΗ)	Τεμ.	200	51,83 €
26	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50X50 ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	Τεμ.	5.000	947,98 €
27	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ. 75X90 ΕΚ. (ΜΕ ΟΠΗ)	Τεμ.	200	79,09 €
28	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75X90 ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	Τεμ.	800	156,74 €
29	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΚΟΡΑΟΝΙ	Τεμ.	500	6,70 €
30	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	Τεμ.	80.000	1.031,68 €
31	FFP3 -ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Τεμ.	500	148,18 €
32	FFP2 -ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Τεμ.	500	30,18 €
ΣΥΝΟΛΟ			142.000	11.552,36 €

3.) «ΝΑΡΘΗΚΕΣ & ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» (33141760-5 & 33141110-4)(ΚΑΕ 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης **9.038,38 € προ ΦΠΑ ή 10.213,37 €** συμπ. ΦΠΑ 13% {Πιθανή ποσότητα 31.313 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Περιγραφή	Κωδικός CPV	ΚΑΕ	Πιθανή ποσότητα - Μονάδα μέτρ.	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (προ ΦΠΑ)	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ. ΦΠΑ 13%)
α. ΝΑΡΘΗΚΕΣ	33141760-5	1311	5.145 Τεμ.	2.869,12 €	3.242,11 €
β. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ	33141110-4	1311	26.168 Τεμ.	6.169,26 €	6.971,26 €
Σύνολο:			31.313 Τεμ.	9.038,38 €	10.213,37 €

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

{Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην **τεχνική** και στην **οικονομική** προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα ζητούμενων ειδών}.

ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141760-5)

A/A	ΕΙΔΗ	Περιγραφή ειδών	Μον. Μέτρ.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 13%
33	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ 8cm	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 8CM	TEM.	360	60,33 €
34	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ 10 cm	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10CM X 2,7 μ	TEM.	750	153,31 €
35	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ 12 cm	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12CM X 2,7 μ	TEM.	1.000	221,48 €
36	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ 15 cm	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 15CM X 2,7 μ	TEM.	1.200	348,22 €
37	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ 20 cm	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 20CM X 2,7 μ	TEM	1.100	421,38 €
38	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER ½” SMALL	TEM	120	237,30 €
39	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER ¾” MEDIUM	TEM	120	244,08 €
40	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ZIMMER 1” LARGE	TEM	120	339,00 €
41	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) (ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA) SMALL	TEM	15	145,77 €
42	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) (ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA) MEDIUM	TEM	30	291,54 €
43	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΧΕΝΟΣ (ΚΟΛΑΡΟ) ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) (ΤΥΠΟΥ PHILADELPHIA) LARGE	TEM	30	291,54 €
44	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ)	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ) SMALL	TEM	50	81,36 €
45	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ)	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ) MEDIUM	TEM	150	244,08 €
46	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ)	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΜΑΛΛΑΚΟ) LARGE	TEM	100	162,72 €
Σύνολο:				5.145	3.242,11 €

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (CPV 33141110-4)

A/A	ΕΙΔΗ	Περιγραφή ειδών	Μον. Μέτρ.	Πιθανή ποσότητα	Πιθανή δαπάνη συμπ. ΦΠΑ 13%
47	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70-80%, να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί.	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6 CM	TEM	2.000	179,90 €
48	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 7 CM	TEM	1.000	111,64 €
49	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 CM	TEM	2.000	248,15 €
50	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12 CM	TEM	2.000	313,24 €
51	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15 CM	TEM	3.000	565,11 €
52	Επίδεσμοι ελαστικοί, 67% βαμβάκι και 33% πολυαμίδη, ελαστικότητα 70	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20 CM	TEM	2.300	569,70 €
53	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 6CM	TEM	300	27,93 €
54	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 8CM	TEM	300	34,58 €
55	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 10CM	TEM	1.000	132,66 €
56	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 12CM	TEM	1.500	235,61 €
57	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 15CM	TEM	2.000	386,46 €
58	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ (ORTHO-BAN)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΡΘΟΜΠΑΝ 20CM	TEM	1.000	252,89 €
59	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 3 CM X 20M	TEM	5	46,33 €
60	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 5,5 CM X 20M	TEM	10	92,66 €
61	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 7,5 CM X 20M	TEM	5	50,85 €
62	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ	ΚΑΛΤΣΑ ΓΥΨΟΥ 8,5 CM X 20M	TEM	5	52,55 €
63	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΔΑΚΤΥΛΟΥ	TEM	10	21,47 €
64	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ	ΚΑΡΠΟΥ	TEM	60	142,38 €

	ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ				
65	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΑΓΚΩΝΑ	TEM	40	99,44 €
66	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ	TEM	40	108,48 €
67	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΓΟΝΑΤΟΥ	TEM	40	119,78 €
68	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΜΕΣΗ	TEM	40	198,88 €
69	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΚΟΡΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΚΡΟ)	TEM	3	17,29 €
70	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΚΟΡΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕΣΑΙΟ)	TEM	3	20,34 €
71	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ	ΚΟΡΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕΓΑΛΟ)	TEM	3	23,73 €
72	Αυτοκόλλητη ταινία από συνθετικό μετάξι. Η συγκολλητική ουσία να είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα. Κατάλληλη και για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα. Να μην αφήνει υπολείμματα στο δέρμα. Διαστ. 2,5 cm x10 m	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΔΙΑΣΤ. 2,5CM*10M	TEM	5.004	1.587,22 €
73	Αυτοκόλλητη ταινία από συνθετικό μετάξι. Η συγκολλητική ουσία να είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα. Κατάλληλη και για τα πλέον ευαίσθητα δέρματα. Να μην αφήνει υπολείμματα στο δέρμα. Διαστ. 5 cm x10 m	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ ΔΙΑΣΤ. 5CM*10M	TEM	1.500	991,91 €
74	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ COLLAR CUFF ΣΕ ΡΟΛΟ	ΜΕΤΡΑ	800	298,32 €
75	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ) 2,5CM X 5M	ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΔΙΑΣΤ. 2,5CM*5M ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	TEM	200	41,76 €
Σύνολο:				26.168	6.971,26 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ζητούμενα είδη που δεν υπάρχει περιγραφή – προδιαγραφές, η αξιολόγηση των προσφερομένων θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν, από την περιγραφή της ονοματολογίας τους

- Για τα είδη που περιλαμβάνονται στο πίνακα ζητούμενων ειδών, εάν η περιγραφή τους προσδιορίζει είδη που έχουν συγκεκριμένες εταιρίες, θα θεωρηθεί σαν <τύπου> ή <αντίστοιχο είδος> ή <ισοδύναμο>, για το οποίο θα μπορούν να δώσουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι με παρόμοιο είδος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.) «ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ)

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ: Περιγραφή: Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 (Ελληνική Φαρμακοποιία IV).

Χαρακτηριστικά: Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 (Ελληνική Φαρμακοποιία IV) και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ). Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 ήτοι:

1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) : 18
2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά : 100+5
3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα: 50
4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά :80+5
5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης: 30
6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²): 24

Διαστάσεις – Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε

φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Το στοιχείο του εργοστασίου παρασκευής
2. Το είδος του περιεχομένου
3. Η ημερομηνία παραγωγής
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος)
6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας
7. Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη
8. Η σήμανση πιστότητας CE.

Έλεγχοι: Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ: Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας με την ακόλουθη προσθήκη: « Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θείου βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) υφάσματος»

2.) «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης» (CPV 18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	
15	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (ΣΚΟΥΦΙΑ)	1.Χειρουργικά καλύμματα κεφαλής ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, κατηγορίας I , 2.Σχήματος μπερέ με λάστιχο σχήματος w γύρω από το κεφάλι, 3.Διαμέτρου περίπου 52 cm , 4.Υγροαποθητικό υλικό (PP, non-woven), Latex- free, 5.Υλικό που να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υποαλλεργικό, άνετο, αντιδρωτικό , 6.Ανθεκτικά στο σκίσιμο.
16	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (LARGE-MEDIUM)	1.Κουστόμια, μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα, αδιαφανή, μαλακά σαν ύφασμα, αδιάβροχα, αντιαλλεργικά και ανθεκτικά. 2.Τα παντελόνια να έχουν λάστιχο στη μέση. 3.Οι μπλούζες να έχουν λαϊμόκοψη «V» και 3 τσέπες 4.Σε μεγέθη: LARGE και MEDIUM
17	ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.Ποδιές νάυλον μιας χρήσης λευκού χρώματος, αδιάβροχες, μακριές μέχρι το γόνατο. 2.Να κρέμονται από το λαϊμό και να έχουν ζώνη μεγάλου μήκους
18	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	1.Μπλούζα χειρουργική ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη την επιφάνειά της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, 2.Πέντε (5) στρωμάτων, με θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, 3.Αποστειρωμένη με ακτινοβολία, 4.Ελεύθερη latex, 5.Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το EN 13795
19	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ	1.Μπλούζα αδιάβροχη, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, με ενισχυμένα μανίκια, 2.Να διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη πλάτης, 3.Να είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό υγροαποθητικό, μαλακό, να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται στην κατηγορία I ανάφλεξης, 4.Να είναι μεγέθους one size, 5.Να συμμορφώνεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/686/EEC που αφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (PPE, Class III)
20	ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΑΧΝΟΨΦΑΝΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, μη αποστειρωμένες, επισκεπτών Μ.Ε.Θ. και ασθενών, από υλικό non-woven, χρώματος πράσινου, με μακριά μανίκια με λάστιχο στο τελείωμα και ζώνη δεσίματος, ανθεκτικές, άριστης ποιότητας
21	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	1.Μιας χρήσης, από υλικό CPE σαγρέ με λάστιχο γύρω-γύρω 2.Να είναι αδιάβροχα, ανθεκτικά, μαλακά και να μην γλιστράνε
22	MEMBANEΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤ. 45X60 ΕΚ	με απόκλιση +- 2-3 εκ
23	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150X240ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ
24	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150X240 ΕΚ (ΜΕ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ

25	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ. 50X60 ΕΚ (ΜΕ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ
26	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 50X50 ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ
27	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΑΥΤΟΚΟΛ. 75X90 ΕΚ. (ΜΕ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ
28	ΠΕΔΙΑ/ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75X90 ΕΚ. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ)	με απόκλιση +- 2-3 εκ
29	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	1.Να είναι υποαλλεργική, 3PLAY κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. 2.Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνιο έλασμα καθ' όλο το μήκος της μάσκας. 3.Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης 99,8% BFE, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. 4.Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN-14683, κατηγορία ΙΙ.
30	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων, να έχει υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος μικροσωματιδίων. Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. Να έχει μαλακό επιρρήνιο έλασμα καθ' όλο το μήκος της μάσκας. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης 99,8% \geq BFE, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN- 14683, κατηγορία ΙΙ.
31	FFP3-ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 με βαλβίδα 2.Να είναι αναδιπλούμενη, τρίπτυχης κατασκευής με τα τρία τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα προσώπου και να διασφαλίζουν τη μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας 3.Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). 4.Ανεπίστροφη βαλβίδα με διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση της θερμότητας 5.Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. 6.Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. 7.Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και EN 14683:2005
32	FFP2-ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 με βαλβίδα.2.Να είναι αναδιπλούμενη, τρίπτυχης κατασκευής με τα τρία τμήματα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα προσώπου και να διασφαλίζουν τη μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. 3.Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). 4.Ανεπίστροφη βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση της θερμότητας. 5.Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. 6.Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. 7.Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και EN 14683:2005.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ζητούμενα είδη που δεν υπάρχει περιγραφή – προδιαγραφές, η αξιολόγηση των προσφερομένων θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν, από την περιγραφή της ονοματολογίας τους.

Α. ... ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

2.1. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.

2.2. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου

2.3. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- 3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
- 3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:
- 3.2.1 Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- 3.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
- 3.2.3 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
- 3.2.4 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.
- 3.2.5 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

B. ... ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:

- 1.. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) έτους.
- 2.. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
- 3.. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:
 - α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»,
 - β. η μέθοδος αποστείρωσης,
 - γ. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα,
 - δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE από εγκεκριμένο κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/686 /ΕΟΚ & 93/42/ΕΟΚ(ΦΕΚ 2198/τευχ.Β/02-10-09). Στη σήμανση CE να συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερομένων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/130648/30.09.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) με την οποία εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

Οι εταιρείες των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής απόφασης 'Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων'.

Τα προσφερόμενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να πληρούν όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κλπ).

Τα μέσα ατομικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/425, όπως αυτός ισχύει.

Σημείωση: Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Τα προσφερόμενα να είναι **άριστης ποιότητας** και κατάλληλα για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το **σύνολο** ή **μέρος** των ζητούμενων ειδών, αλλά για το **σύνολο** της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους
- Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, μήκος, διάμετρο κ.λ.π.
- Για τα είδη μιας χρήσης, πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία, η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα ή με την μορφή συμβόλων
- Η συσκευασία να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και την αποθήκευση
- Η αφαίρεση του υλικού από την συσκευασία του να είναι ευχερής
- Οι συμμετέχοντες στην Τεχνική τους προσφορά υποχρεούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να λάβουν όλα τα **αναγκαία μέτρα απόσυρσης** του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε

κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων με την προσφορά, για αξιολόγησή τους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψηλού κόστους ανά δείγμα) είναι απαραίτητη η κατάθεση prospectus. Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν στο Νοσοκομείο:

- Πριν την ορισθείσα ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ή
- Την ημέρα του διαγωνισμού ή
- Το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση το αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου που συνοδεύει την αποστολή των δειγμάτων (στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν), θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς του συμμετέχοντα.

Μετά την κατάθεση προσφορών και εφ' όσον ζητηθούν από τα συλλογικά όργανα που θα αξιολογήσουν τις προσφορές, να κατατεθούν επιπλέον δείγματα ή να κατατεθούν δείγματα (στις περιπτώσεις που έχουν καταθέσει prospectus) οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τους υποδειχθεί, η αξία των οποίων θα βαρύνει τους προσφέροντες.

Τα **κατατεθειμένα prospectus**, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου

=====

Οι προσφέροντες πρέπει να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. { **παράγρ. 9, άρθρο 43, του Ν. 4605/2019**),

-- Εάν ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

-- Εάν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους **δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα**, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

=====

---Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό προμήθεια ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην διάρκεια της σύμβασης.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της **περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας**, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016..*Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).*

Σημείωση: Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος κυρώσεις
 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα προμηθεύεται το προϊόν και με βάση την

οποία έγινε η κατακύρωση.

Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Προμήθεια ειδών που κατασκευάστηκαν σε άλλη επιχειρηματική μονάδα από εκείνη που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση του Νοσοκομείου, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην κατατεθειμένη προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα **όλων των όρων** (ειδικών και γενικών) της παρούσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

α/α

ΠΑΛΛΗ ΕΡΑΤΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ